



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.М.000565.08.21 ОТ 17.08.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур (перечень в приложении).

ООО "ЦВИПР". Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Похилько, д. 22. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Центр врачебной практики и реабилитации".
Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 108А, кв. 1. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) органа инспекции ООО "Тема" № 0720//21 от 19.07.2021 г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710209 от 31.03.2017 г.

Заключение действительно до 20.08.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3281789



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.01.05.000.М.000565.08.21 от 17.08.2021 г.

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий
Тип аппарата: система компьютерной томографии
Марка аппарата: "Siemens Somatom Go Up"
Фирма, завод-изготовитель: "Сименс Хелскза ГмбХ" Германия.
Год выпуска: 2021
Год ввода в эксплуатацию: 2021
Номинальное напряжение: 130 кВт
Номинальная сила тока: 600 мА
Вид работ: рентгенодиагностика.

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий
Тип аппарата: рентгеновская стоматологическая установка
Марка аппарата: "X-mind DC"
Фирма, завод-изготовитель: "Сателек С.А.С." Франция.
Год выпуска: 2017
Год ввода в эксплуатацию: 2021
Номинальное напряжение: 70 кВт
Номинальная сила тока: 8 мА
Вид работ: рентгенодиагностика.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

